



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks. 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

ZTM.NZ.2610.431.2017.ADA

Warszawa, dnia 18...05.2017r.

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 38/2017 na dostawę defibrylatorów.

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działając na podstawie rozdziału III pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Punkt 6. Łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wstrząsu max 10s.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy defibrylator AED, którego łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wstrząsu wynosi max 15s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aby łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wynosił 15s.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Punkt 7. Przełączenie trybu pracy na pediatryczny za pomocą przycisku (bez żadnych dodatkowych akcesoriów).

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy defibrylator AED, który nie posiada przełączenia trybu pracy na pediatryczny za pomocą przycisku (bez żadnych dodatkowych akcesoriów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora, który nie posiada przełączenia trybu pracy na pediatryczny za pomocą przycisku.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Punkt 12. Bezprzewodowy transfer danych PC (bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) za pomocą sieci Wi-Fi.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy defibrylator AED, który posiada przewodowy transfer danych PC (bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego)? Połączenie kablowe jest zawsze bardziej bezpiecznym, pewnym i efektywnym połączeniem w porównaniu do bezprzewodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza połączenia kablowego.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Punkt 3. Jeden uniwersalny rodzaj dla dorosłych i dla dzieci.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy defibrylator AED, który nie posiada jednego uniwersalnego rodzaju elektrod dla dorosłych i dla dzieci? Elektrody pediatryczne ze względu na inny rozmiar klatki piersiowej poszkodowanego powinny mieć mniejszą wielkość w obwodzie i mniejszy obszar rażenia energią. W przypadku małych pacjentów istnieje zagrożenie, że kontakt elektrod ze skórą będzie nieprawidłowy, co może skutkować poparzeniem i nieskuteczną defibrylacją.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora AED, który nie posiada jednego uniwersalnego rodzaju elektrod dla dorosłych i dla dzieci.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Punkt .4 Termin przydatności minimum 48 miesięcy .

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy defibrylator AED, którego termin przydatności elektrod wynosi minimum 36 miesięcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aby termin przydatności elektrod wynosił 36 mies.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Punkt 42. Gwarancja producenta na AED minimum 8 lat. W okresie gwarancji dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw, gwarancyjnych bez kosztów wymiany elektrod i baterii, na czas serwisu dostarczy zastępcze AED.

Czy Zamawiający dopuści renomowanej marki, wysokiej klasy defibrylator AED, którego gwarancja producenta na AED wynosi 6 lat i w okresie gwarancji dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw, gwarancyjnych bez kosztów wymiany elektrod i baterii, na czas serwisu dostarczy zastępcze AED ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aby gwarancja producenta AED wynosiła 6 lat.

Pytanie nr 7

Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów pkt. 6

Czy Zamawiający pisząc **Łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wstrząsu max 10s** ma na myśli przerwę pomiędzy zakończeniem uciśnięć klatki piersiowej, a wyładowaniem? Warto zwrócić uwagę, że parametr **Łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wstrząsu** nie jest parametrem porównywalnym ze względu na różne rozwiązania techniczne poszczególnych producentów. Zgodnie z wytycznymi ERC istotna jest jak najkrótsza przerwa między zakończeniem uciśnięć a wyładowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wynosił max 10s.

Pytanie nr 8

Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, wyposażone w oprogramowanie PC, pozwalające na przesyłanie danych przy pomocy sieci WiFi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wyposażonych w oprogramowanie PC.

Pytanie nr 9

Elektrody pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektrodami o terminie przydatności 36 miesięcy? Po upływie terminu ważności możemy dostarczyć za darmo nowy komplet elektrod, co Zamawiający mógłby zabezpieczyć odpowiednim zapisem w umowie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że proponowane przez nas rozwiązanie jest korzystniejsze ze względów ekonomicznych – cena katalogowa elektrod do proponowanego przez nas urządzenia to 230 PLN netto (vat 8%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z elektrodami o terminie przydatności 36 miesięcy.

Pytanie nr 10

Inne pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego waga wraz z akcesoriami wynosi 2.5 kg? 0.5 kg nie jest wartością istotną biorąc pod uwagę fakt, iż defibrylatory AED wykorzystuje się w nieznaczonej odległości

od miejsca ich instalacji. Waga 2,5 kg to typowa waga dla większości dostępnych na rynku defibrylatorów AED.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, którego waga wraz z akcesoriami wynosi 2.5 kg.

Pytanie nr 11

Inne pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści zamiast gabloty plexi specjalny certyfikowany uchwyt producenta dedykowany do środków transportu, który gwarantuje 100% pewności utrzymania urządzenia. Proponowany uchwyt stosuje się zarówno w pojazdach transportu publicznego, jak i karetkach pogotowia oraz samochodach straży pożarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza specjalnego certyfikowanego uchwyty producenta.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o stopniu ochrony IP 54?

Klasa IP 54 to ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku, w związku z tym ochrona defibrylatora klasy IP 54 jest w zupełności wystarczająca przy użytkowaniu wewnątrz budynku, a wymagany parametr przez Zamawiającego wpływa jedynie na zwiększenie ceny urządzenia. Mając na uwadze racjonalne wydatkowanie środków publicznych prosimy o dopuszczenie defibrylatora w atrakcyjnej cenie, który jest zgodny ze wszystkimi standardami dotyczącymi defibrylatora AED, posiadającego w pełni wystarczający stopień ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby defibrylatory posiadały parametr IP 55 odporność na wodę i kurz, aby urządzenie wytrzymało upadek przynajmniej z 1 metra a także gwarantowało bezpieczne użycie na mokrych i metalowych powierzchniach.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści transfer danych PC za pomocą kabla USB? Podkreślić należy, że tylko defibrylator Lifepack CR2 posiada bezprzewodowy transfer danych PC za pomocą sieci Wi-Fi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby defibrylatory posiadały bezprzewodowy transfer danych PC za pomocą Wi-Fi ze względu na to, że defibrylatory będą rozmieszczone w różnych punktach miasta.

Pytanie nr 14

Na Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) jest wpisana ilość 18 sztuk jako liczba urządzeń do obliczenia wartości, natomiast SIWZ mówi o 20 kompletach (AED + szafki). Dodatkowo defibrylatory są objęte stawką VAT 8% a akcesoria w tym przypadku szafki 23% VAT. Czy Zamawiający poprawi Załącznik nr 2 na 20 kompletów i w rozbiciu na stawki VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Pytanie nr 15

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż ma on być skomunikowany systemowo za pomocą sieci Wi-Fi w 20 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Taka konfiguracja wymaga dodatkowego czasu. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji z 14 do 30 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji z 14 dni do 30 dni od podpisania umowy.

Zgodnie z rozdziałem III pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w zakresie odpowiedzi na pytania nr 14 i nr 15 zmienia treść załączników SIWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy, §1, pkt 1

Jest:

„Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 20 szt. defibrylatorów do siedziby Zamawiającego przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie (00-848) wraz z kompletem dokumentacji w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy tj. :..... zwanym dalej „Przedmiotem zamówienia”.

Powinno być:

„Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 20 szt. defibrylatorów do siedziby Zamawiającego przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie (00-848) wraz z kompletem dokumentacji w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy tj. :..... zwanym dalej „Przedmiotem zamówienia”.

- załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy, pkt 7

Jest:

| Przedmiot | cena jednostkowa netto (1szt.) | ilość szt. | wartość netto (18 x cena jedn.) | łączna wartość brutto |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| Defibrylatory | | 18 | | |

Powinno być:

| Przedmiot zamówienia | cena jednostkowa netto (1szt.) | ilość szt. | wartość netto (20 x cena jedn.) | VAT% | wartość VAT | łączna wartość brutto |
|--|--------------------------------|------------|---------------------------------|------|-------------|-----------------------|
| Defibrylatory wraz z gablotą pleksi | | 20 | | | | |
| inne akcesoria (piktogram AED, instrukcja RKO) | | 20 | | | | |
| RAZEM: | | | | | | |

Oferuję defibrylatory (podać nazwę / markę / model / typ):.....

Aktualny formularz ofertowy w załączeniu.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego

Katarzyna Strzegowska

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

2. Numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np.: NIP/VAT,REGON,PESEL,KRS):

3. Adres elektronicznej bazy danych, w której zamieszczone są informacje potwierdzające dane wskazane powyżej w pkt. 2:

4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię i nazwisko):.....

tel.:..... fax.:..... e-mail

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):

.....

5. Wykonawca jest/nie jest* małym/średnim* przedsiębiorstwem.6. Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym *na dostawę defibrylatorów* prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, oświadczam, że:

1) Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;

2) Akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

3) Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni a wymagane wadium zostało wniesione w formie:

4) Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu:.....

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Przedmiot zamówienia | cena jednostkowa netto (1szt.) | ilość szt. | wartość netto (20 x cena jedn.) | VAT% | wartość VAT | łącznie wartość brutto |
|--|--------------------------------|------------|---------------------------------|------|-------------|------------------------|
| Defibrylatory wraz z gablotą pleksi | | 20 | | | | |
| inne akcesoria (piktogram AED, instrukcja RKO) | | 20 | | | | |
| RAZEM: | | | | | | |

Oferuję defibrylatory (podać nazwę / markę / model / typ):.....

8. Następującym podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia:

1)

2)

(należy podać części zamówienia i dane podwykonawców zgodnie z treścią tego punktu lub wpisać „nie dotyczy” jeżeli zamówienie Wykonawca wykona samodzielnie)

....., dnia 2017 r.

.....

Wykonawca

* niepotrzebne skreślić